



**1. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
Nr. 1999-7053-1394**

Nr.: 2000-7053-1418

Udgave: 1

Dato: 2000-03-23

Gyldig til 2001-12-02

Systembetegnelse: TS <sup>27.01</sup><sub>097</sub>

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

## VARMEENERGIMÅLER

<b>Producent</b>	Kamstrup A/S
<b>Ansøger</b>	Kamstrup A/S
<b>Art</b>	Varmeenergimåler
<b>Type</b>	MULTICAL® COMPACT
<b>Anvendelse</b>	Måling af varmeenergi iht. OIML R75

Varmeenergimåleren er herefter tillige godkendt til afregning efter volumenvisningen.

### 1. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

#### 1.1 Påskrifter

Når beregningsenheden er påført årsmærke med teksten "Verifikationen gælder energi og volumen" kan beregningsenheden opsættes til enten energi- eller volumenvisning.

Den valgte opsætning vil fremgå af beregningsenhedens display.

### 2. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2000-7053-1418.

Typeprøvningsrapporter:

- DELTA rapport nr. DANAK-194205, projekt nr. K286037 dateret 1998-11-19
- DELTA rapport nr. DANAK-194237, projekt nr. K286037-B dateret 1998-12-03
- DELTA rapport nr. DANAK-194250, projekt nr. K286037-C dateret 1998-12-07
- DELTA rapport nr. DANAK-194873, projekt nr. K286107 dateret 1999-12-17

Keld Palner Jacobsen

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.