



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2000-7053-1550

Udgave: 1

Dato: 2001-03-08

Gyldig til: 2001-03-08

Systembetegnelse: TS 24.52 046

AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER

Nedennævnte vægt er herefter individuelt godkendt under systembetegnelsen
TS 24.52 046

Vægt	Art
Visningsenhed	Fabrikat Mettler-Toledo, type ID5, fabr.nr. 2114116
Underpart	Fabrikat Mettler-Toledo, type KC 600S, fabr.nr. 2114115
Doseringsenhed	Späth GmbH, type A-DOS-FS.
Suppl. udstyr	Intet.

Opstillingssted Aarhusolie A/S, M. P. Bruuns Gade 27, 8100 Aarhus C.

Ansøger Aarhusolie A/S, M. P. Bruuns Gade 27, 8100 Aarhus C.

1. LEGALE MÅLEDATA

A. Den automatiske vægt.

Maksimumslast	Max	300 kg
Minimumslast	Min	60 kg
Tara, subtraktiv	T =	- Max
Største vejehastighed		afvejninger / minut

B. Den egentlige ikke-automatiske vægt:
I henhold til EN45501:1992, AC:1993.

Nøjagtighedsklasse		(III)
Maksimumslast	Max	300 kg
Delingsværdi	d_d	2 kg
Minimumslast	Min	100 g

BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TYPEGODKENDELSESATTEST	Sag nr.: 2000-7053-1550
	Systembetegnelse: TS 24.52 046

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER.

Verifikation I henhold til MDIR 24.31-01, udgave 1 og MM 06.
Vægten skal i ikke-automatisk drift opfylde kravene i
EN45501:1992,AC:1993.

Forinden verifikation skal visningsenhedens Identcode overføres til kodehjul ved vejemodulets stik.

I automatisk drift bestemmes vægtens fejl som differencen mellem den nominelle masse og massen bestemt ved kontrolvejning med vægten selv eller med kontrolvægt.

Påskrifter Type/verifikationsskilt: »(III), fabrikat, systembetegnelse, type, fabrikationsnummer, Max 300 kg, Min 60 kg, T = -Max og største vejehastighed vejninger/minut«.

I skilt på visningsenheden: »Den ikke-automatiske vægt: Max 300 kg, Min 2 kg og e = 100 g« og »Ulovlig til vejning under 60 kg« og »Automatisk vægt til afvejning af spiseolie«.

Plombering Type/verifikationsskiltet er placeret på visningsenheden. Det sikres med hovedplombe, der stemples med årsmærke og verifikationsmærke.

Adgangen til vægtens elektronikdel sikres med plomber, med forseglingsmærkater og/eller med skrue med afbrækkeligt hoved.

Vejecellesamlebokse forsegles med trådplomber eller forseglingsmærkater.

Plomber stemples med verifikationsmærke.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikringsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Vægten er en nettodoseringsvægt sammenstillet af et doseringsudstyr type A-DOS-FS fra Späth GmbH og en vægt, der er sammensat af en visningsenhed type ID5 med DosPac fra Mettler-Toledo og en underpart type FC 600S.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Sag nr.: 2000-7053-1550

Systembetegnelse: TS 24.52 046

Vægten doserer spiseolie i 200 liter fade. Fadet bliver på ruller transporteret til vægten. Fadet roterer indtil spunsen i fadet er i position til fylderør. Vægten tarerer. Fadet fyldes indtil ønsket vægt ved grovdosering og findosering. Fadet transporteres væk på transportruller.

Visningsenheden har to display, alfanumerisk tastatur og DosPac.

Vægten er udstyret med en textterminal type OP 5 fra Siemens. Textterminalen styrer doseringsfunktionerne.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2000-7053-1550.

P. Claudi Johansen