



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1999-7053-1299

Nr.: 2001-7053-1639

Udgave: 1

Dato: 2001-08-15

Gyldig til: 2009-03-15

Systembetegnelse: TS 27.01-086

Typegodkendelse udstedt i h.t. §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse
nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med fjernvarme i afregningsøjemed.

VOLUMENMÅLER

Producent Danfoss A/S
Ansøger Danfoss A/S, 6430 Nordborg
Art Ultralydmåler
Type SONO 2500 CT

Følgende målerstørrelse er hermed også godkendt:

Tilslutning	qs	qi
	Maksimum flow m ³ /h	Minimum flow m ³ /h
DN 25 mm	7	0,035
G1 1/4	7	0,035

Konstruktion Målerne er udstyret med en kunststoffliner. Denne dækker en del af området mellem transducerne.

Anvendelse Som volumenmåler eller volumendel til varmeenergimåler til måling af fjernvarme i h.t. OIML R 75.

Dokumentation Ansøgning: 2001-7053-1639
Rapport: "Tillæg til godkendelse af SONO 2500 CT",
FORCE Instituttet, sag nr. VFMPX0105, dateret 2001-05-09.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.