



3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1999-7053-1394	Nr.: 2002-7053-1720										
	Udgave: 1										
	Dato: 2002-05-21										
Gyldig til 2009-12-02	Systembetegnelse: TS ^{27.01} ₀₉₇										
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <h2 style="text-align: center;">VARMEENERGIMÅLER</h2> <table><tr><td>Producent</td><td>Kamstrup A/S</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>Kamstrup A/S</td></tr><tr><td>Art</td><td>Varmeenergimåler</td></tr><tr><td>Type</td><td>MULTICAL[®] Compact</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Måling af varmeenergi iht. OIML R75</td></tr></table> <p>Beregningsenheden er herefter godkendt med typenummersammensætning som nedenfor anført.</p>		Producent	Kamstrup A/S	Ansøger	Kamstrup A/S	Art	Varmeenergimåler	Type	MULTICAL [®] Compact	Anvendelse	Måling af varmeenergi iht. OIML R75
Producent	Kamstrup A/S										
Ansøger	Kamstrup A/S										
Art	Varmeenergimåler										
Type	MULTICAL [®] Compact										
Anvendelse	Måling af varmeenergi iht. OIML R75										
BEMÆRK !	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.										

**3. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 1999-7053-1394**

Side:	2 af 2
Nr.:	2002-7053-1720
Systembetegnelse	TS ^{27.01} ₀₉₇

1. TYPENUMMERSAMMENSÆTNING

	66	-	K	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
Plug in-moduler													
Ingen					0								
Datamodul RS232					R								
M-Bus					S								
Modem					T								
Radio					U								
Forsyningsmoduler													
Ingen						0							
D-celle, lithium batteri						1							
230 VAC forsyningsmodul						3							
24 VAC/DC forsyningsmodul						4							
Temperaturfølere, Pt 500													
Lommeføler, 1,5 m kabel								A					
Lommeføler, 3,0 m kabel								B					
Kort direkte føler, 1,5 m kabel								F					
Kort direkte føler, 3,0 m kabel								G					
Lommeføler, 1,5 m kabel								1					
Lommeføler, 3,0 m kabel								2					
Kort direkte føler, 1,5 m kabel								5					
Kort direkte føler, 3,0 m kabel								6					
Flowmåler													
G3/4B, lgd. 110 mm, Qs 0,75 og 1,5 m ³ /h									A				
G1B, lgd. 130 mm, Qs 0,75 og 1,5 m ³ /h									B				
G1B, lgd. 130 mm, Qs 2,5 m ³ /h									C				
G3/4B, lgd. 165 mm, Qs 0,75 og 1,5 m ³ /h									D				
G1B, lgd. 165 mm, Qs 0,75 og 1,5 m ³ /h									E				
G1B, lgd. 190 mm, Qs 0,75 og 1,5 m ³ /h									F				
G1B, lgd. 190 mm, Qs 2,5 m ³ /h									G				
Landekode													
Valgfri 3 karakterer													XXX

2. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2002-7053-1720.

DELTA rapport DANAK-196090, projekt K286206 dateret 2002-03-20.

Dette tillæg er samtidig en gyldighedsforlængelse.

Keld Palner Jacobsen