

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
2002-7053-1722

Nr.: 2003-7053-1858

Udgave: 1

Dato: 2003-05-01

Gyldig til: 2004-08-19

Systembetegnelse: IV - 351 cs

MÅLEANLÆG

Producent	Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige. Dresser Wayne, Bonnyrigg, Skotland. Wayne Germany Dresser Europe GmbH, Einbeck, Tyskland.
Ansøger	Dresser Wayne AB, Malmø, Sverige.
Art	Multiproduktstander.
Ændring	Standere, hvor der i typebetegnelsen indgår kapacitetsbeskrivelsen 70 liter pr. min. (f.eks. C22-22 40/40-70) godkendes hermed med ny ændret kapacitet. Typebetegnelsen er uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	40/60 liter pr. min.
Mindste verificerede udmåling	5 liter
	Øvrige legale måledata uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation	I henhold til gældende bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, eller efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
Påskrifter	Uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.
Plombering	Uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.

3. KONSTRUKTION

Standeren er hermed godkendt med ændret udleveringshastighed.
Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 2002-7053-1722 og efterfølgende tillæg.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2003-7053-1858.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.