

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

2. Tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 1998-7053-1168	Nr.: 2003-7053-1868
	Udgave: 1
	Dato: 2003-05-13

Gyldig til: 2004-08-31

Systembetegnelse: TS 27.21 013

VARMEFORDELINGSMÅLER

Producent	Techem AG, D-60528 Frankfurt am Main, Tyskland.
Ansøger	Techem AG, D-60528 Frankfurt am Main, Tyskland.
Art	Varmefordelingsmåler med elektrisk energitilførsel.
Type	EHKV og FHKV.
Anvendelse	Registrering af radiatorers varmeforbrug med henblik på fordeling af varmeudgifter.

Typeprøvet i henhold til DS/EN 834:1995.

1. LEGALE MÅLEDATA

Målemetode	2-føler-måling (2F).
Anvendelsesgrænse	$t_{\max} = 110 \text{ °C}$ ved kompaktmåler. $t_{\max} = 130 \text{ °C}$ ved anvendelse af fjernføler. $t_{\min} = 35 \text{ °C}$, under forudsætning af $\Delta T_{\text{start}} = 3\text{K}$, ellers $t_{\min} = 45 \text{ °C}$.

Øvrige legale måledata som i oprindelige attest, 1998-7053-1168.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.