

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

12. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 1983-743/000-37	Nr.: 2003-7053-1881
	Udgave: 2
	Dato: 2003-08-12

Gyldig til: 2013-06-30	Systembetegnelse: IV-166cs
------------------------	----------------------------

MÅLEANLÆG

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Producent Sam-projekt A/S, Danmark og Smith Meter Division, U.S.A.

Ansøger Sam-projekt A/S, Danmark.

Art Tankvognsmåler med elektronisk tællerværk og automatisk udskrivning af volumen og pris.

Type Sam-Link/AO Smith T-20

Anvendelse Til udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

Tillæg der er omfattet af gyldighedsforlængelsen:

2. tillæg: 1987-763/000-717, 3. tillæg: 1983-4163-443, 4. tillæg: 1993-4163-466, 5. tillæg: 1996-463-947, 6. tillæg: 1997-4163-1053, 7. tillæg: 1999-7053-1340, 8. tillæg: 1999-7053-1341, 9. tillæg: 1999-7053-1337, 11. tillæg: 2002-7053-1724.

Hermed er måleanlægget godkendt med kombinationen måler Smith T20, uden mekanisk tællerværk, med mekanisk regulering, med PLS 8207 pulsgiver og flowcomputer LC9524.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed

2 målere i kombination til en flowcomputer IV-166						s 1.2
Komb nr.	Måler nr.	System-betegn.	Måleorgan	Elek. Tæll	Mek.tæll	Impuls giver
A	1	IV-166	A.O.Smith T-20 eller Satam ZC17 24/48	LC 8804	Nej	PLS 9804
	2	IV-166	A.O.Smith T-20 eller Satam ZC17 24/48			PLS 9804
B	1	IV-166	A.O.Smith T-20 eller Satam ZC17 24/48	LC 8804	Nej	PLS 9804
	2	IV-166	A.O.Smith T-20 eller Satam ZC17 24/48	LC 8804	VeederRoot 7887	PLS 8207
C	1	IV-166	A.O.Smith T-20 eller Satam ZC17 24/48	LC 8804	VeederRoot 7887	PLS 8207
	2	IV-166	A.O.Smith T-20 eller Satam ZC17 24/48	LC 8804	VeederRoot 7887	PLS 8207
D	1	IV-166	A.O.Smith T-20 eller Satam ZC17 24/48	LC 8804	Nej	PLS 9804
	2	IV-316	Wenstrøm*)i.h.t attest nr. 1996-4163-0833+till		Se *)	Se *)
E	1	IV-166	A.O.Smith T-20 eller Satam ZC17 24/48	LC 8804	VeederRoot 7887	PLS 8207
	2	IV-316	Wenstrøm*)i.h.t attest nr. 1996-4163-0833+till		Se *)	Se *)
F	1	IV-166	A.O.Smith T-20	LC 9524	Nej	PLS 9805
	2	IV-316	Wenstrøm*)i.h.t attest nr. 1996-4163-0833+till		Se *)	Se *)
G	1	IV-166	A.O.Smith T-20	LC 9524	VeederRoot 7887	PLS 8207
	2	IV-316	Wenstrøm*)i.h.t attest nr. 1996-4163-0833+till		Se *)	Se *)

2 målere i kombination til en flowcomputer IV-166						s 2.2.
H	1	IV-166	A.O.Smith T-40	LC 9524	Nej	PLS 9805
	2	IV-166	A.O.Smith T-20 eller A.O.Smith T-40			PLS 9805
I	1	IV-166	A.O.Smith T-40	LC 9524	Nej	PLS 9805
	2	IV-166	A.O.Smith T-20 eller A.O.Smith T-40			VeederRoot 7887
J	1	IV-166	A.O.Smith T-40	LC 9524	VeederRoot 7887	PLS 8207
	2	IV-166	A.O.Smith T-20 eller A.O.Smith T-40			VeederRoot 7887
K	1	IV-166	A.O.Smith T-40	LC 9524	Nej	PLS 9805
	2	IV-316	Wenstrøm*)i.h.t attest nr. 1996-4163-0833+till			Se *)
L	1	IV-166	A.O.Smith T-40	LC 9524	VeederRoot 7887	PLS 8207
	2	IV-316	Wenstrøm*)i.h.t attest nr. 1996-4163-0833+till			Se *)
M	1	IV-166	A.O.Smith T-20	LC 9524	Nej	PLS 8207
	2	IV-316	Wenstrøm*)i.h.t attest nr. 1996-4163-0833+till			Se *)
N	1	IV-166	A.O.Smith T-40	LC 9524	Nej	PLS 9805
	2	IV-166	A.O.Smith T-20			PLS 8207

Kombinationer/Variationer IV-166

Side 1-2

Måleorgan	Elektronisk tælleværk	Mekanisk tælleværk	Impulsgiver	EPROM version	Regulering	Legal Print TB-log	Qmax/Qmin/MVU
A.O.Smith T-20	LC8011	Nej	PG8207-50	Ikke nævnt	Mekanisk	Nej	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Nej	SAM PLS8207	Ikke defineret	Elektronisk	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Nej	SAM PLS8207	50051-06	Mekanisk	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Nej	SAM PLS9804	50140	Elektronisk	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Nej	SAM PLS9805	50140	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Nej	SAM PLS9805	50070	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Nej	SAM PLS9805	50074	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	50140	Mekanisk	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	50051	Mekanisk	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	42697	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	42697	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC8804	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	42697	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Med /uden TB-log	750/100/200
A.O.Smith T-20	LC9524	Nej	SAM PLS9805	50143	Elektronisk	Med/uden Legal print	400-750/100/200 Qmin/Qmax>1/4
A.O.Smith T-20	LC9524	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	50143	Mekanisk	Med/uden Legal print	400-750/100/200 Qmin/Qmax>1/4
A.O.Smith T-20	Nej	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	42697	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Nej	750/100/200
A.O.Smith T-20	Nej	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	42742	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Nej	750/100/200
A.O.Smith T-20	Nej	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	42633	Ikke beskrevet (Som tidl.)	Nej	750/100/200

Kombinationer/Variationer IV-166

Side 2-2

Måleorgan	Elektronisk tællerværk	Mekanisk tællerværk	Impulsgiver	EPROM version	Regulering	Legal Print TB-log	Qmax/Qmin/MVU
A.O.Smith T-40	LC9524	Nej	SAM PLS9805	50143	Elektronisk	Med/uden Legal print	1500/150/200
A.O.Smith T-40	LC9524	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	50143	Mekanisk	Med/uden Legal print	1500/150/200
Satam ZC 17 24/48	SAM8011	Nej	SAM PLC8516-50	Ikke nævnt	Ikke beskrevet	Nej	800/80/100
Satam ZC 17 24/48	SAM8804	Nej	SAM PLS9804	50140	Elektronisk	Med/uden TB-log	800/80/100
Satam ZC 17 24/48	SAM8804	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	50140	Mekanisk	Med/uden TB-log	800/80/100
Satam ZC 17 24/48	SAM8804	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	50051	Mekanisk	Med/uden TB -log	800/80/100
Oil-meter (Indiv.godk. Begrænset antal biler, se 10.till)	LC9524	Veeder Root 7887	SAM PLS8207	50143	Mekanisk	Med/uden TB -log	1000/100/200
A.O.Smith T-20	LC9524	Nej	SAM PLS8207	50143	Mekanisk	Med/uden Legal print	750/100/200