

# Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1996-4163-0902		Nr.: 2003-7053-1940
		Udgave: 1
		Dato: 2004-08-02
Gyldig til: 2006-07-02	Systembetegnelse: TS 24.41-007	
<h2>AUTOMATISK KONTROLVÆGT</h2>		
<b>Producent</b>	Robert Bosch GmbH, Tyskland.	
<b>Ansøger</b>	Scandiapack aps, Ballerup.	
<b>Art</b>	Kontrol- og sortervægt.	
<b>Type</b>	KPE 1010, KPE 1020, KPE 1030, KPE 1040, KWE 3000, KWE 3010, KWE 3020, KWE 3030, KPI 10xx eller KWI 30xx.	
<b>Anvendelse</b>	Industri.	
<b>Suppl. udstyr</b>	Intet.	
<b>Typegodkendelse</b>	I overensstemmelse med OIML R51, 1996.	
	<p>Vægten er herefter også godkendt i varianterne type KPI 10xx og KWI 30xx der er i overensstemmelse med OIML R51, 1996. Disse varianters Minimumslast skal være lig med 10 g eller større.</p> <p>Disse varianter er bygget ind i fylde- og pakkemaskiner.</p>	
<b>2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER</b>	<p>Forinden verifikation sikres vejecellens låg med forseglingsmærkater. Forinden verifikation sikres vægtens kalibreringsfunktion ved at stille omskifter S3 i position OFF. Omskifteren sidder på visningsenhedens printkort. Afdækningspladen henover omskifteren og en EPROM samt en EEPROM sikres med forseglingsmærkater.</p>	
<b>4. DOKUMENTATION</b>	Ansøgning nr. 2003-7053-1940	
	P. Claudi Johansen	
<b>BEMÆRK !</b>	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.	