

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI
Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde
Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

4. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1993-4163-0378		Nr.: 08-3447
		Udgave: 1
		Dato: 2005-07-05
Gyldig til 2013-12-31	Systembetegnelse: IV-302	
VOLUMENMÅLER		
Producent	PROCES-DATA A/S, Navervej 8, 8600 Silkeborg	
Ansøger	PROCES-DATA A/S, Navervej 8, 8600 Silkeborg	
Art	Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler	
Type	PD 340	
Anvendelse	Volumenmåling af mælkeprodukter, pilsnerøl m.v. til stationær og mobil anvendelse.	
<p>Elektronikmodulet er revideret med hensyn til valg af komponenter, idet der udelukkende er brugt SMD-komponenter.</p> <p>Dette medfører, at elektronikmodulet er ca. halvt så stort som tidligere udgave. Tidligere separate printkort er integreret i elektronikmodulet, som dækker alle funktioner. Det nye elektronikmodul er 100% kompatibelt med det oprindelige. Elektronikmoduler af begge typer kan, uden andre ændringer, udskiftes med en vilkårlig af de to versioner. Målemetode og målekredsløbets principielle opbygning er uændret.</p>		
DOKUMENTATION		
Prøvningsrapport: DELTA, nr. A530047, DANAK-199767, dateret 2005-06-14		
P. Claudi Johansen		
BEMÆRK !	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.	