

3. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 1995-4163-0710	Nr.: 08-3532
	Udgave: 1
	Dato: 2006-02-23
Gyldig til: 2016-10-29	Systembetegnelse: TS 24.81 007

MASSEFLOWMÅLER

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Producent	Micro Motion Inc., USA – Spektra-Tek UK Ltd, England, C.B.S, Holland.
Ansøger	Emerson Process Management, Hejrevang 11, 3450 Allerød
Art	Coriolis kraftbaseret masseflowmåler, kombineret med følge- Udstyr.
Type	Flowsensor (målehoved): CMF 400 og øvrige godkendte flowsensor fra typegodkend- Elsesattest 1995-4163-0710 Core-processor (Digital kernesignalomsætning): Type 700 Transmitter/converter (Digital signalomsætning): 1700 eller 2700
Anvendelse	Til stationær indendørs (Class B) og udendørs (Class C) masseudmåling af mængder af væske i h. t. OIML R 105.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK: Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.