

1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 08-3487		Nr.: 08-3564
		Udgave: 1
		Dato: 2006-03-20
Gyldig til: 2016-10-29	Systembetegnelse: TS 27.01-155	
<h1>BEREGNINGSENHED</h1>		
Producent	Kamstrup A/S	
Ansøger	Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg	
Art	Beregningsenhed	
Type	MULTICAL® 601	
Anvendelse	Måling af varmeenergi iht. DS/EN 1434.	
	<p>Beregningsenheden er herefter også godkendt i følgende varianter med 4-leder følertilslutning for temperaturfølere:</p> <p>Type 67-B: Pt500 4-leder følertilslutning, pulsindgange for aktive/passive flowmålere.</p> <p>Type 67-D: Pt500 4-leder følertilslutning, pulsindgange for flowmålere med 24V aktiv udgang.</p> <p>Der må max. tilsluttes 100 m uskærmede 4-leder kabler til henholdsvis frem- og returløbstemperaturfølerne.</p>	
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 08-3564	
	Med dette tillæg forlænges gyldighedsperioden til 29. oktober 2016.	
	P. Claudi Johansen	
BEMÆRK !	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.	