

<b>3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1997-4163-1024</b>		Nr.: 08-3631
		Udgave: 1
		Dato: 2006-09-27
Gyldig til 2016-10-29	Systembetegnelse: TS <sup>24.36</sup> <sub>015</sub>	
<b>AUTOMATISK VÆGT TIL ENKELTVEJNING</b>		
<p>Vægten er herefter også godkendt med Preset-Tara funktion indbygget i CSC3 system softwaren.</p> <p>Vægttelegrammet inkluderer et 16 bit Cyklisk Redundans Check (CRC) felt, som påføres straks ved modtagelsen af vejedata i CSC'ens intelligente interfacekort (RIC) for at beskytte vægttelegrammet under transmission gennem CSC'en, hvor det bliver gemt med CRC-beskyttelse i mindst en måned. De gemte vægtdata kan når som helst i denne periode kaldes frem og identificeres.</p> <p>De legal-relevante filer af CSC-softwaren er checksumsbeskyttede.</p> <p>CSC = Crisplant System Controller</p> <p>Vægten kan - som et alternativ til CSC3 - tilsluttes et andet legalt metrologisk godkendt eksternt alibimedie.</p>		
<b>Producent</b>	FKI Logistex A/S, Danmark	
<b>Ansøger</b>	FKI Logistex A/S, Danmark	
<b>Art</b>	Dynamisk eller semi-automatisk statisk vejning	
<b>Type</b>	WBC	
<b>Anvendelse</b>	I postcentre og lignende til vejning af pakker	
<b>Typegodkendelse</b>	I overensstemmelse med OIML R51, 1996	
<b>DOKUMENTATION</b>		
Ansøgning nr. 08-3631.		
Typeprøvningsrapport fra DELTA: Nr. DANAK-199816, Supplementary examination of software CSC for the CSC sorter system provided for Post Denmark, HUB/Brøndby/Taulov, dateret 26 September 2006.		
P. Claudi Johansen		
<b>BEMÆRK !</b>	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som, sammen med dette og eventuelle andre tillæg, udgør en helhed.	