

1. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 1999-7053-1267		Nr.: 08-3638
		Udgave: 1
		Dato: 2006-09-13
Gyldig til: 2013-07-01	Systembetegnelse: TS 27.01 082	
<h1>VARMEENERGIMÅLER</h1> <h2>GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE</h2>		
Producent	Brunata A/S	
Ansøger	Brunata A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev	
Art	Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler kombineret med Beregningsenhed og temperaturfølerpar	
Type	HGQ eller HGS med standard elektronik med display og Pulsudgang (-80, til -89, -180 til -189).	
Anvendelse	Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i h.t. OIML R 75, nøjagtighedsklasse 4.	
Keld Palner Jacobsen		
BEMÆRK: Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		