



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 20/1980 T1


Udgave 1

Dato 1982 - 11 - 15

Gyldig til 1982-12-31

Systembetegnelse: IV-130cs

MÅLEANLÆG



Blendstanderen er herefter også godkendt i nyt kabinet.

Type: som før CB 3 DK.

Plombering: Det hydrauliske system og impuls giver uændret.

Displayenhed med microprocessor (med 3 flangede kabelforbindelser på bagside) sikres imod åbning, og på den mellemste kabelforbindelses flange sikres 2 skruer, således at displayenheden ikke kan fjernes fra displaykuglen.

E.Repstorff Holtveg

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.