


BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET

Nr. 219 (1. tillæg)

IV-38

Målemaskine



Efter ansøgning fra »Hamag« maskin- og pumpefabrik, Rødekro, har justervæsenet tilladt, at den ved »Bekendtgørelser fra justervæsenet nr. 219« godkendte målemaskine også justeres med nedennævnte kapaciteter og konstruktive ændringer:
Kapacitet: 40-50-55 eller 60 l/min.

Måleorganets regulermekanisme er udformet således, at begge stemplers vandring kan reguleres ved hjælp af stilbare anslag. Dækslerne over regulerorganerne sikres enten hver for sig eller sammen med en eller to løse plomber. Plomberne stemples med justermærke. Samtidig godkendes målemaskinen i den på fig. viste ydre udformning.

I øvrigt er de i ovennævnte bekendtgørelse fastsatte bestemmelser uændret gældende, for så vidt de kan komme til anvendelse.

Justervæsenet, København, den 1. april 1969

A. K. F. Christiansen

