

Gældende 17. 2. 11
 med forindstilling
 til mindst 80 liter pr. minut
 100 liter pr. 201

Nærmere bestemmelser for justering af:

Målemaskiner „Wayne-Smith“ Model T-10
 til måling af benzin og lignende vædsker.

- Fabrikeret af: Wayne Tank and Pump Co., Ltd., Newlands Park,
 London.
- Anmeldt af: Aktieselskabet Biro, København.
- Systembetegnelse: IV—33.
- Kapacitet: Højest 350 liter pr. minut.
 Mindst 80 liter pr. minut. ~~100 liter pr. minut~~
- Brugsområde: Mindste lovlige udmåling er 100 liter.
- Tællværk: Detailtæller: .. (Ciffertæller).
 Kapacitet 100.000 liter.
 Mindste inddeling 0,5 liter.
- Totaltæller: ... (Ciffertæller).
 Kapacitet 10.000.000 liter.
 Mindste inddeling 1 liter.
- Forindstilling: ... Kapacitet 10.000 dekaliter.
 Mindste inddeling 1 dekaliter.
 Sidste ciffer er glidende i alle tællere.
- Tolerancer: Justertolerancen er $\pm 1:200$.
- Omjustering: Hvert år.

80 l er det rigtige.

(1) 80 l. ved forplade

2

Konstruktion m. m.:

Se »Bekendtgørelser fra justervæsenet nr. 243 og 210«.

Påskrifter m. m.:

Et i fast forbindelse med målemaskinen anbragt skilt skal indeholde angivelse af systembetegnelsen, målemaskinens bestemmelse, f. eks.: »Kun til benzin«, samt påskrifterne: »Mindste lovlige udmåling: 100 liter«, »Højest 350 liter pr. min.«, »Mindst (50) liter pr. min.« og »Justeringen gælder ikke totaltælleren«. På tællerværkets forplade skal betegnelsen »Liter« henholdsvis »Dekaliter« være angivet ved de respektive tællere.

Stempling:

Skiltet sikres til målemaskinen med en løs plombe, hvis plombetråd er ført gennem to af skiltets befæstelseskruer. Dækslet over regulerskruen sikres ved en løs plombe, hvis tråd tillige føres gennem den nærmeste af tællerværkets befæstelseskruer. Dækslet over tandhjulsudvekslingen 16 sikres ved plombering af een af befæstelseskruerne med en på dækslet påstøbt knast. Alle plomberne stemples med justermærke. På skiltet anbringes en fast plombe, der stemples med justermærke og årstal. Målemaskinens justernummer stemples i selve skiltet.

Andre sikringsstemplinger, som måtte anses for nødvendige, anbringes efter justerdirektørens nærmere bestemmelse.

I øvrigt er de i ovennævnte bekendtgørelse nr. 243 og 210 indeholdte bestemmelser gældende, for så vidt de kan komme til anvendelse.

Justervæsenet, København, den 1. januar 1954.

N. P. Nielsen.