

Målemaskine „Avery-Hardoll type BM“ til udmåling af vædsker

Efter ansøgning fra firma Knud Grundtvig, København, har justervæsenet godkendt de i »Bekendtgørelser fra justervæsenet nr. 298« omhandlede målemaskiner til justering forsynet med en eller flere af nedennævnte anordninger:

1. Forindstillingsanordning.

Anordningen er af fabrikat »Avery-Hardoll«, indbygget i et Veeder-Root tællerværk og med en kapacitet på 1990 liter eller decaliter og en mindste inddeling på 10 liter eller decaliter. Betegnelsen »l« eller »dal« skal være anført efter forindstillingscifrene.

2. Hastighedsmåler.

Måleren, der angiver udmålingshastigheden i l/sek., kan være indbygget i en speciel udformning af det under afsnittet »Stempling« i ovennævnte bekendtgørelse omhandlede dæksel over tandhjulsudvekslingen og direkte sammenkoblet med denne, eller bestå af en i et specielt mellemstykke mellem ovennævnte tandhjulsudveksling og målemaskinens tællerværk indskudt generator, der med en ledning er forbundet med en andetsteds anbragt elektrisk indikator.

3. Stemplingsanordning.

Det i ovennævnte bekendtgørelse omhandlede Veeder-Root tællerværk kan være forsynet med en stemplingsanordning, i hvilket tilfælde der, foruden det under afsnittet »Påskrifter« i ovennævnte bekendtgørelse omhandlede skilt, på tællerværket skal være anbragt et skilt med påskriften: »Justeringen gælder ikke stemplingsanordningen«. Dette skilt, der skal være udført ætset eller graveret, sikres til tællerværket ved stemping med justermærke i fastgørelsesnitte.

Tællerværker med een eller flere af ovennævnte anordninger sikres til måleorganet ved plombering af to befæstelsesskruer med en løs plombe, der stemples med justermærke.

I øvrigt forbliver de i ovennævnte bekendtgørelse fastsatte bestemmelser uændret gældende.

Justervæsenet, København, den 15. juli 1959.

A. K. F. Christiansen