


BEKENDTGØRELSER FRA JUSTERVÆSENET

He-79

Nr. 346 (1. tillæg)

Cylindriske glasmålekar med udtapning forneden



Efter ansøgning fra Hamag I/S, Åbenrå, har Justervæsenet tilladt, at det ved »Bekendtgørelser fra Justervæsenet nr. 346« godkendte cylindriske glasmålekar også justeres i den på fig. viste ændrede udformning med separat vingepumpe, med fylderøret udmundende foroven i målekarret og med en skærmlade over overløbsrøret.

Endvidere tillades montering af to målekar med en fælles pumpe. De to målekar kan være ens, eller det ene af det ved »Bekendtgørelser fra Justervæse-

net nr. 337« under systembetegnelsen IIe-78 godkendte 5 liter målekar uden underinddelinger.

I øvrigt er de i ovennævnte bekendtgørelse fastsatte bestemmelser uændret gældende, for så vidt de kan komme til anvendelse.

Justerøesenet, København, den 15. januar 1963.

A. K. F. Christiansen