



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 3/1982

Udgave 1


Dato 1982-02-15

Gyldig til 1984-06-30

Systembetegnelse: IV-152 cs

Sat i kraft igen

MÅLEANLÆG



Fabrikant: Gilbarco Ltd./Ljungmann AB.
Anmelder: Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.
Art: Benzinstander til 1, 2 eller 3 benzinkvaliteter og med elektronisk tællerværk.
Type: Gilbarco Highline 1/Ljungmann.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:		50 l/min.
Mindste lovlige udmåling:		5 l
Tællerværk:	Pristæller, kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
	Litertæller, kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
	Dagspris, kapacitet	999 øre pr. l
	deling	1 øre pr. l
Justertolerance:	±	5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr: 3 / 1982

Systembet.: IV-152 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Justerskilt:

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.

Mindste lovlige salg l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Måleorgans 4 topstykker samt dæksel over reguleringsorgan på hvert topstykke.

Impulsgiver til standers chassis og kappe omkring elektronik og displays til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Det hydrauliske system er i enkelt- og dobbeltstanderen identisk med det i bekendtgørelse nr. 343, systembetegnelse IV-59c beskrevne.

Mix. standeren er desuden forsynet med en GILBARCO blender. Impulsgivere er 1-kanal, fabrikat GILBARCO Ltd.

Det elektroniske tælleværk er identisk med det i bekendtgørelse nr. 15/1980, systembetegnelse IV-109cs beskrevne HIGHLINE 1 med krone- og litervisning på begge sider samt visning af dagspris i elektronikboxens gavl.

I tilfælde af strømsvigt under tankning kan literudmålingen aflæses på en elektromekanisk tæller.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1049/81, dateret 1981-04-14.

E. Repstorff Holtveg