

Målemaskine




Fig. 1.



Fig. 2.

Fabrikeret af: Schwelmer Eisenwerk, Schwelm, Vesttyskland.
Anmeldt af: »Hamag«, Åbenrå.
Anvendelse: Til udmåling af flydende gas.
Kapacitet: 40, 50 eller 60 l/min.

Tællerværk (cifertæller)**Detaillitertæller:**

Kap.: 1000 l
Ind.: 0,1 l

Detailpristæller.

Kap.: 1000 kr.
Ind.: 1 øre

Totalpristæller:

Kap.: 100.000.000 kr.
Ind.: 1 kr.

Totallitertæller:

Kap.: 100.000.000 l
Ind.: 1 l




Fig. 3.

Konstruktion m. m.:

Målemaskinens konstruktion er i hovedsagen som beskrevet i »Bekendtgørelser fra justervæsenet nr. 219«. De væsentligste ændringer består i, at stemplerne har fået kulstofmanchetter, at reguleringen sker ved hjælp af en regulerskrue i cylinderdækslerne, hvorved stemplernes slaglængde kan indstilles, se fig. 3 og at målemaskinen er forsynet med gasudskiller, trykudligningsventil samt speciel udtappingsventil.

Endvidere kan målemaskinen være forsynet med hel- eller halvautomatisk fjederdreven nulstillingsmekanisme.




Fig. 4.

Nærmere bestemmelser for justeringen:

- Systembetegnelse: IV-96, såfremt der forefindes prisudregningsmekanisme, tilføjes »c«.
- Tolerancer: $\pm 1:200$ af det udmålte rumfang.
- Lovligt brugsområde: Mindste lovlige salg 20 l.
- Omjustering: Målemaskinen skal omjusteres, såfremt justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter sådanne reparationer eller indgreb, der berører dele, som kan have indflydelse på udmålingernes rigtighed.
- Periodisk omjustering: hvert år.

Påskrifter:

På skalapladen skal findes følgende påskrifter:

Liter.

IV-96 (c)

På justerskiltet skal findes følgende påskrifter:

Til flydende gas.

Højest l/min.

Mindste lovlige salg 20 liter.

Justeringen gælder kun detaillitertæller.

Stempling:

Dækslerne over regulerskruerne, cylinder- og bunddæksel samt topstykket sikres hver for sig med plomber, der stemples med justermærke.

Justerskiltet, der skal være i ætset eller graveret udførelse, sikres til kabinettet ved en fast plombe, der stemples med justermærke med årstal.

Andre sikringsstemplinger, som måtte anses for nødvendige, anbringes efter justerdirektørens nærmere bestemmelse.

Justervæsenet, København, 1. maj 1968.

A. K. F. Christiansen