



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 4/1982

Udgave 1


Dato 1982-02-15

Gyldig til 1984 - 06 - 30

Systembetegnelse: IV-153 cs

Sat i kraft i gen

MÅLEANLÆG



Fabrikant: Gilbarco Ltd., England og Tatsuno Ltd., Japan.
Anmelder: Dansk Olie-Måler Service A/S, Glostrup.
Art: Enkeltstander med elektronisk tælleværk.
Model: Trimline 254 M (ombygget med Tatsuno elektronisk tælleværk).
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet: 50 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 5 l

Tælleværk:	Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
		deling	0,01 kr.
	Litertæller,	kapacitet	999,99 l
		deling	0,01 l
	Dagspris,	kapacitet	99,99 kr. pr. l
		deling	0,01 kr. pr. l

Justertolerance: ± 5 ‰

BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, dagspris.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.

Mindste lovlige salg l.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Reguleringsorgan gennem håndhjul, låsestift og spindel, og cylinderdæksel for reguleringsorgan igennem 2 skruer.

På elektronikboxen sikres frontdæksel med displays og bagdæksel med displays hver med plombetråd igennem 2 skruer. (Nederste bagdæksel sikres ikke). Elektronikboxen sikres til standerens chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er med hensyn til opbygning og hydraulik identisk med den i justervæsenets bekendtgørelse nr. 414, systembetegnelse IV-84c beskrevne.

Det elektroniske tællerværk med indbygget 2-kanal impuls giver og krone-, liter- og dagsprisvisning på begge sider er af fabrikat TATSU-NO Ltd.

I tilfælde af strømsvigt under tankning fastholdes liter- og kronevisning i min. 5 minutter.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1048/81, dateret 1981-04-14.

E. Repstorff Holtveg