

Industriministeriet  
TEKNOLOGISTYRELSEN  
SEKRETARIATET  
FOR  
MÅLETEKNIK

5. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
Nr. 33/1982

Nr.: 1985-763/000-392

Udgave: 1

Dato: 1985-06-01

Gyldig til 1992-12-31

Systembetegnelse: IV-183 cs

## MÅLEANLÆG

<b>Fabrikant</b>	Sam-Projekt A/S, Danmark.
<b>Anmelder</b>	Sam-Projekt A/S.
<b>Art</b>	Blendstander med elektronisk tælleværk.
<b>Typer</b>	8109-A1/Tokheim-1A. 8109-A3/Tokheim-1A. 8109-A4/Tokheim-1A.
<b>Anvendelse</b>	Udmåling af benzin.

Hermed er standeren også godkendt med:

Kapacitet:	75 liter pr. minut
Mindste verificerede udmåling:	5 liter

Ansøgning nr. 1985-763/000-392, dateret 1985-03-14.

*J. Kaavé/P. Claudi Johansen*

**BEMÆRK!** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.