



4. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 1987-763/000-774

Nr.: 1991-763/000-1334

Udgave: 1

Dato: 1991-10-15

Gyldig til 1997-12-31

Systembetegnelse: IV-259 cs

MÅLEANLÆG

Producent	Wayne Europe, Dresser Wayne AB., Sverige.
Ansøger	Wayne Europe, Dresser Europe S.A., Rødovre.
Art	Enkeltstander med elektronisk tællerværk.
Typer	SU 861 - 125 enkeltstander.
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

Hermed er enkeltstanderen også godkendt med kapacitet på 125 liter pr. min.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	125 liter pr. min.
Mindste verificerede volumen	5 liter.

Øvrige legale måledata uændret i henhold til beskrivelse i attest nr. 1987-763/000-774.

Konstruktion

Standerens hydrauliske system er af fabrikat Dresser Ljungmans og består af 2 pumper part nr. 129860 med luftudskiller part nr. 129858 samt 2 måleorganer part nr. 129862.

Måleorganet driver via en gearanordning en 2-kanal impuls giver, fabrikat Dresser Ljungmans type 90102 eller af fabrikat Eltomatic type 151320 og som option tillige en mekanisk totaltæller fabrikat Veeder Root part 8587. Flowhastigheden kan, som option reguleres af blandingsventil fabrikat Dresser Ljungmans part nr. 148315, som styres af stepmotor fabrikat Servo part nr. 401514.

Øvrige konstruktion uændret i henhold til beskrivelse i attest nr. 1987-763/000-774.

Plombering Uændret.

Dokumentation

Ansøgning nr. 1991-763/000-1334.

P. Claudi Johansen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.