



5 TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1991-4163-0040

Udgave: 1.

Dato: 27.04.1993

1988-763/000-853

Gyldig til
1999-06-30

Systembetegnelse:
TS 24.52 014

AUTOMATISK VÆGT
til
DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER

Nedennævnte vægt med speciel underpart er herefter individuel godkendt under systembetegnelsen: TS 24.52 014.

Vægt: Automatisk nettodoservægt. Doserer 25 kg efter tarering af knap 20 kg. Delingsværdien er 20 g. Vægten består af to hybride vejesystemer, der skiftes til at dosere i hver sin pakning. En Revere vejecelle type SHB*M-0,05t-C3 anvendes i hvert vejesystem.

Visningsenhed: Toledo TSM 2550, fabr.nr. 1633
Underpart: Toledo 6203, fabr.nr. 1633, Max er 50 kg.

Visningsenhed: Toledo TSM 2550, fabr.nr. 1634
Toledo 6203, fabr.nr. 1634, Max er 50 kg.

Doseringsudstyr.

Tolerancer: Enkeltvejninger 75 g
Middelværdi af 10 vejninger 25 g

Opstillingssted: Århus Oliefabrik, Slipvej, 8000 Århus C

Påskrifter: I skilt ved vægtens visning: "Vægten er godkendt til dosering af flydende fedtstof i 25 kg portioner".
Max = Min = 25 kg.

Dokumentation: Ansøgning nr. 1991-4163-0040

Claudi Johansen

BEMÆRK! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.