



4. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST

1988-763/000-853

Nr: 1992-4163-0152

Udgave: 1

Dato: 28.01.1993

Gyldig til 1999-06-30

Systembetegnelse: TS 24.52 014

AUTOMATISK VÆGT
til
DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER

Nedennævnte automatvægt er herefter individuelt godkendt under systembetegnelsen TS 24.52 014.

Vægt: Automatisk, fuldelektronisk vægt
Visningsenhed: Toledo, type 2550-6, fabr. nr. 255389
Underpart: Toledo/Danvægt
Vejeceller: 2 stk. Toledo type 725, fabr. nr. 76201756-2IM og 25100202-2NØ

Opstillingssted: Frigodan
Rødeledsvej 70
5700 Svendborg

1. Legale måledata:

A: Den automatiske vægt:
Maksimumslast Max. 40 kg
Minimumslast Min. 20 kg
Delingsværdi $d_d =$ 0,2 kg

Verifikationstolerancer:
For enkeltvejninger: 6-15 kg: 4g/kg
15-20 kg: 60g
10-40 kg: 3g/kg
For middelværdien af 10 vejninger: 1g/kg
Maksimale antal vejninger: 120 vejn./time

BEMÆRK! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

B: Den egentlige ikke-automatiske vægt:
 I henhold til MDIR 34.11-01, udg. 3 pkt. 3.2.3.2.2.3.

Maksimumslast	Max.	40 kg
Minimumslast	Min.	0,4 kg
Delingsværdi	$d_d =$	0,02 kg
Verifikationsværdi	$e^d =$	d_d
Taradelingsværdi	$d_T =$	d_d
Tara, subtraktiv	$T^T =$	-Max
Nøjagtighedsklasse	III	

Påskrifter og
 plombering:

Som angivet i den egentlige
 typegodkendelsesattest.

Dokumentation: Ansøgning nr. 1992-4163-0152

Claudi Johansen