



1. TILLÆG TIL <b>TYPEGODKENDELSESATTEST</b>  1992-4163-0247		Nr.: 1993-4163-0394
		Udgave: 1
		Dato: 1995-03-01
Gyldig til 1996-10-31	Systembetegnelse: TS	27.01 033
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <h2 style="text-align: center;">BEREGNINGSENHED TIL VARMEENERGIMÅLER</h2> <p><b>Producent</b> Flonidan Gas Division A/S, Horsens. <b>Ansøger</b> Flonidan Gas Division A/S, Horsens. <b>Art</b> Beregningsenhed til varmeenergimåler. <b>Type</b> THERMIFLO. <b>Anvendelse</b> Beregningsenhed for varmeenergimåling i henhold til DS 2340.</p> <p>Beregningsenheden er herefter også godkendt med følgende ændring af huset:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beregningsenhedens to halvdele sammenholdes med skruer, og huset er gjort lidt større af montagemæssige grunde. Forseglingen er som hidtil, eller der kan i stedet anvendes stikplomber af plast i fordybningerne over skruehovederne. Plomberne skal være forsynet med verifikationsmærker.</li></ul> <p><b>DOKUMENTATION</b> Ansøgning nr. 1993-4163-0394.  J. Kaavé</p>		
<p><b>BEMÆRK !</b> Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.</p>		