



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1991-763/000-1355	Nr.: 1993-4163-0396
	Udgave: 1
	Dato: 1993-05-01

Gyldig til 1993-10-01	Systembetegnelse: TS 27.01 006
-----------------------	-----------------------------------

Typegodkendelse udstedt i henhold til §15 i Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 749 af 7. november 1989 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VARMEENERGIMÅLER

Producent	HG Instrumenter A/S
Ansøger	HG Instrumenter A/S, Virum
Art	Varmeenergimåler
Type	HG 1 og HG 3
Anvendelse	Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i henhold til DS 2340

Varmeenergimåleren er herefter godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:

- | | |
|---|---|
| Ad. 2. VERIFIKATIONS-
BESTEMMELSER | Førstegangs- og reverifikation kan foretages med vand med lednings-
evne fra minimum 10 µS/cm. |
| Ad. 4. DOKUMENTATION | Dokumentation i form af kalibreringscertifikat fra FORCE Institutterne,
sag nr. 3311364-04, 1992-04-15, 4 sider. |

J. Kaavé

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.