



TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST		Nr.: 1993-4163-490
		Udgave: 1.
		Dato: 25.10.1993
Gyldig til 2001-10-01	1991-763/000-1355	Systembetegnelse: TS 27.01 006
<h2>VARMEENERGIMÅLER</h2> <h3>GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE</h3>		
Producent	HG Instrumenter A/S	
Ansøger	HG Instrumenter A/S, Virum	
Art	Varmeenergimåler	
Type	HG1 og HG3	
Anvendelse	Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340	
<p>Tillæg som er omfattet af gyldighedsforlængelsen:</p> <p>Tillæg nr. 1 1993-4163-396</p>		
<p>J. Kaavé</p>		
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		