



3 · TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1992-4163-0122		Nr.: 1994-4163-571	
		Udgave: 1.	
		Dato: 30.03.1994	
Gyldig til	2002-02-28	Systembetegnelse:	TS 27.01 021

VARMEENERGIMÅLER

Producent LANDIS & GYR, Tyskland
Ansøger Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle
Art Varmeenergimåler
Type SONOBYR WSC5
Anvendelse Måling af varmeenergi i henhold til OIML R 75

Ændring

I hovedattesten nr. 1992-4163-0122 af 15.05.1992 bortfalder bemærkningen "Hvis volumenstrømmen er mindre end 10% af Q_s , skal Max. tilladelig fejl tillægges 2%". i afsnit 1. Legale Måledata.

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsesattesten.

J. Kaavé

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.