



3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1992-4163-0157		Nr.: 1994-4163-573
		Udgave: 1.
		Dato: 30.03.1994
Gyldig til 2002-02-28	Systembetegnelse:	TS 27.01 028

VARMEENERGIMÅLER

Producent LANDIS & GYR, Tyskland
Ansøger Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle
Art Varmeenergimåler
Type SONOGR WSC6
Anvendelse Måling af varmeenergi i henhold til OIML R 75

Ændring

I hovedattesten nr. 1992-4163-0157 af 15.05.1992 bortfalder bemærkningen "Hvis volumenstrømmen er mindre end 10% af Q_s , skal Max. tilladelig fejl tillægges 2%". i afsnit 1. Legale Måledata.

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsesattesten.

J. Kaavé