



2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1993-4163-500	Nr.: 1994-4163-0636
	Udgave: 1
	Dato: 1995-01-01

Gyldig til 1995-11-30	Systembetegnelse: TS ^{27.01} ₀₄₄
-----------------------	--

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VARMEENERGIMÅLER

Producent	LANDIS & GYR, Tyskland.
Ansøger	Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle.
Art	Varmeenergimåler.
Type	SONOGRYR WSD2.
Anvendelse	Måling af varmeenergi i henhold til OIML R75.

Varmeenergimåleren er herefter også godkendt for verifikation med vandtemperaturområde t: 20 - 50 °C.

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsen af varmeenergimåleren.

DOKUMENTATION Ansøgning nr. 1994-4163-0636.

J. Kaavé

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.