



<b>4. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1990-763/000-1152</b>		Nr.: 1994-4163-0648
		Udgave: 1
		Dato: 1994-10-15
Gyldig til 2000-12-31	Systembetegnelse: TS	24.52 023
<b>IKKE-AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER</b>		
<b>Producent</b>	Danvægt A/S, Hinnerup.	
<b>Ansøger</b>	Danvægt A/S, Hinnerup.	
<b>Art</b>	Automatisk doservægt.	
<b>Type (visningsenhed)</b>	DV 8800.	
(underpart)	Hybride og fuldelektroniske underparter.	
<b>Anvendelse</b>	Dosering af kort, frø, pulver, granulat.	
<b>Suppl. udstyr</b>	Betjeningsmodul DV 6710, IBM kompatibel PC, processorenhed DV 9811, relæmodul DV 9610.	
	<p>Vægten er herefter godkendt med vejecelle type 744 fabrikat Mettler Toledo. Disse vægte kan højest have 3000 delinger. Mindste vejecelle verifikations interval (vmin) er 1/10000 af vejecellens kapacitet.</p> <p>Vejecelle verifikations intervallet (v) beregnes som e gange underpartens udvekslingsforhold divideret med vejecelleantallet. v er vejecellens belastning, når underparten er belastet med e.</p> <p>Øvrige forhold er uforandrede.</p>	
<b>DOKUMENTATION</b>	Ansøgning nr. 1994-4163-0550.	
	P. Claudi Johansen.	
<b>BEMÆRK !</b> Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		