



6 TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 19/1981

Nr.:1994-4163-675

Udgave: 1

Dato: 09.11.1994

Gyldig til 2001-12-31

Systembetegnelse: IV-102

## MÅLEANLÆG

Nedenstående måleanlæg med TS-nr. 32803 opstillet hos Fiskernes Indkøbsforening, 8500 Grenå er herefter individuel godkendt med følgende ændringer.

**Producent** Liquid Controls Corporation, North Chicago, U.S.A.

**Ansøger** Hamag Pumpefabrik A/S

**Art** Rotorlamelmåler med mekanisk tælleværk med stemp-  
lingsmekanisme, forindstillingsmekanisme og luft-  
udskiller.

**Type** M5

**Anvendelse** Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

### 1. LEGALE MÅLEDATA

Uændret i forhold til bekskrivelse i attest nr.  
19/1981 samt efterfølgende tillæg.

### 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

**Påskrifter** Elektronisk tælleværk og fjernregistrering mærkes  
"ikke verificeret"  
Øvrige verifikationsbestemmelser uændret i forhold  
til beskrivelse i attest nr. 19/1991.

### 3. KONSTRUKTION

Hermed er måleren godkendt forsynet med 2. stk.  
impulsgivere af fabrikat Eltomatic type 0207. Disse  
impulsgivere drives af en aksel, der er ført ud  
gennem tælleværkets side. Impulsgiverne er  
forbundet med henholdsvis et elektronisk tælleværk  
og til kortlæser og fjernregistrering.  
Øvrige konstruktion uændret i forhold til  
beskrivelse i attest nr. 19/1981.

### 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1994-4163-675 og nr. 1994-4166-40

P. Claudi Johansen

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,  
som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.