



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1994-4163-0616	Nr.: 1995-4163-0714
	Udgave: 1
	Dato: 1995-05-15
Gyldig til 1996-11-21	Systembetegnelse: TS ^{27.01} ₀₅₇

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VOLUMENMÅLERUNDERPART

Producent	Kamstrup A/S, Åbyhøj.
Ansøger	Kamstrup A/S, Åbyhøj.
Art	Volumenmålerunderpart.
Type	ULTRAFLOW II.
Anvendelse	Volumenpulsgiver i henhold til DS 2340.

Volumenmålerunderpart er herefter også godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:

Målerstørrelse 1,5 m³/h med gevindhul for montering af kort, direkte føler i målerhuset. Endvidere findes denne målerstørrelse også i en 1" x 165 mm udgave og med 1" tilslutningsgevind.

Volumenmålerunderparten er tillige godkendt med typebetegnelsen EEM-QII og fabrikatbetegnelse Danfoss.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1995-4163-0714.

J. Kaavé

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.