



2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST

1994-4163-538

Nr.: 1995-4163-0723

Udgave: 1

Dato: 1996-08-15

Gyldig til 2004-07-28

Systembetegnelse: TS 27.01
048

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VARMEENERGIMÅLER

Gyldighedsforlængelse

Producent	LANDIS & GYR, Tyskland.
Ansøger	Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle.
Art	Varmeenergimåler.
Type	SONOGRYR WSD 5.
Anvendelse	Måling af varmeenergi i henhold til OIML R 75.

Varmeenergimåleren er herefter også godkendt som følger:

1. Plombering af beregningsenheden.
Hvis beregningsenheden er forsynet med en skydeklap med ramme, anbringes en forseglingsmærkat over "udløsehullet/knappen" til udgangsstikket således, at udgangsstikket bliver forsejlet.
2. Følere af fabrikat Sonogyr.
Følertyper: WTS 5 - 431 DK
WTS 5 - 432 DK
WTS 5 - 436 DK
Følmodstand: Pt 500
Kabellængde: 1,5 m, 2,5 m eller 6 m.
3. Følere af fabrikat Kjærulf Pedersen.
Følertyper: 586213
Følmodstand: Pt 500

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsen af varmeenergimåleren.

DOKUMENTATION Ansøgning nr. 1995-4163-0723.
Dette tillæg er også en gyldighedsforlængelse.
Tillæg som er omfattet af gyldighedsforlængelsen: Tillæg nr. 1 1994-4163-0639.

J. Kaavé.

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.