



8. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1991 763/000-1337	Nr.: 1995-4163-0826
	Udgave: 1
	Dato: 1996-09-01

Gyldig til 2003-11-01	Systembetegnelse: TS 27.01 002
-----------------------	-----------------------------------

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

## VARMEENERGIMÅLER

<b>Producent</b>	GRUNDFOS INTERNATIONAL A/S.
<b>Ansøger</b>	Grundfos International A/S, Bjerringbro.
<b>Art</b>	Varmeenergimåler.
<b>Type</b>	EM6R, EM10R og EM25R, hvor volumenstrømsgiveren er placeret i returløbet. EM6V, EM10V og EM25V, hvor volumenstrømsgiveren er placeret i fremløbet.
<b>Anvendelse</b>	Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.

Varmeenergimåleren er herefter godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:

Alternative temperaturfølere, som udstyres med typeskilt, der indeholder:

Serienr.

Fabrikat : Grundfos

Type : 5,2

Føler : Pt 500

Placering : V for fremløb, R for returløb

Følerne monteres uden følerlommer.

### DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1995-4163-0826.

Prøvningsrapport: DELTA-KAA286006 af 1996-04-09

J. Kaavé.

### BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.