



2. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST

1991-4163-0037

Nr.: 1996-4163-0869

Udgave: 1

Dato: 1996-09-01

Gyldig til 2002-07-27

Systembetegnelse: TS 24.52  
025

**AUTOMATISK VÆGT**  
til  
**DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER**

**Producent** Chronos Richardson, Tyskland.  
**Ansøger** Finni Buch, Handels- og Ingeniørfirma, Jyllinge.  
**Art** Automatisk doservægt.  
**Type** Speedac 7 (SA7) / brutto- og nettovægtunderparter.  
**Anvendelse** Afvejning af pulver, granulat eller masseartikler.  
**Suppl. udstyr** Intet.

Vægten er herefter også godkendt med vejeceller type Z6xC2, Z6xC3 og Z6xC4 fra HBM. x er et bogstav.

**Vejecellernes data:**

Type	Kapacitet	Klasse	Mindste vejecelle verifikationsinterval
Z6xC2	10 til 1000 kg	C2	Kapacitet / 11111
Z6xC3	10 til 1000 kg	C3	Kapacitet / 11111
Z6xC4	10 til 500 kg	C4	Kapacitet / 14286

Vejecelleverifikationsinterval v er vejecellens belastning, når underparten er belastet med e.

Øvrige forhold er uforandrede.

**DOKUMENTATION**

Ansøgning nr. 1996-4163-0869.

P. Claudi Johansen.

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.