



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1996-4163-843		Nr.: 1996-4163-0882
		Udgave: 1
		Dato: 1996-07-01
Gyldig til 1998-02-08	Systembetegnelse: TS ^{27.01} ₀₆₄	
<h1>VARMEENERGIMÅLER</h1>		
Producent	HG International A/S.	
Ansøger	HG International A/S, Rugmarken 6, 3520 Farum.	
Art	Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler kombineret med beregningsenhed og temperaturfølere.	
Type	HG 1, HG 3, HG 6, HG 12 og HG 20 med betegnelserne: -22, -24, -42, -44, afhængig af beregningsenheden.	
Anvendelse	Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i.h.t. OIML R 75.	
	Hermed er måleren også godkendt med følgende ændringer.	
VERIFIKATION	Førstegangs- og reverifikation kan foretages med vand med ledningsevne fra minimum 10 µS/cm.	
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1996-4163-0882.	
	J. Kaavé.	
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		