



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1996-4163-855	Nr.: 1996-4163-0883
	Udgave: 1
	Dato: 1996-07-01

Gyldig til 1998-02-08	Systembetegnelse: TS 27.01 065
-----------------------	-----------------------------------

VOLUMENMÅLER

Producent HG International A/S.

Ansøger HG International A/S, Rugmarken 6, 3520 Farum.

Art Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler.

Type HG 1, HG 3, HG 6, HG 12 og HG 20
med (-17) eller uden (-07) display

Anvendelse Som volumendel til varmeenergimåler til måling af fjernvarme
i.h.t. OIML R 75.

Hermed er måleren også godkendt med følgende ændringer.

VERIFIKATION Førstegangsb- og reverifikation kan foretages med vand med
ledningsevne fra minimum 10 µS/cm.

DOKUMENTATION Ansøgning nr. 1996-4163-0883.

J. Kaavé.

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.