



3. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST

1994-4163-0616

Nr.: 1996-4163-0894

Udgave: 1

Dato: 1996-09-01

Gyldig til 1996-11-21

Systembetegnelse: TS 27.01
057

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VOLUMENMÅLERUNDERPART

Producent	Kamstrup A/S, Åbyhøj.
Ansøger	Kamstrup A/S, Åbyhøj.
Art	Volumenmålerunderpart.
Type	ULTRAFLOW II.
Anvendelse	Volumenpulsgiver i henhold til DS 2340.

Volumenmålerunderpart er herefter også godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:

Type	1,5	3,5	
Maks. volumenstrøm qv maks.	1,5	3,5	m ³ /h
Min. volumenstrøm qv min.	0,015	0,06	m ³ /h
Tryktab ved qv maks. ΔP maks.	0,25	0,12	bar
Pulstal	100	50	pulser/liter
Tryktrin	PN 16	PN 16	

Type 1,5 har en indbygningslængde på 3/4" x 110 mm.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1996-4163-0894.

J. Kaavé.

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.