

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 - Fax: 35 46 62 02 - E-post: danak@danak.dk - www.dansk-metrologi.dk

2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1994-4163-0530

Nr.: 1996-4163-0926

Udgave: 2

Dato: 2003-08-01

Gyldig til 2004-01-19

Systembetegnelse: TS 27.01
045

VOLUMENMÅLER

Producent Siemens Flow Instruments A/S.
Ansøger Siemens Flow Instruments A/S.
Art Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler.
Type Indikator : SITRANS F M MAGFLO MAG 2500 og
SITRANS F M MAGFLO MAG 3000
Flowdel : SITRANS F M MAGFLO MAG 3100.
Anvendelse I kompakt, separat eller rack-udgave.
Som volumenmåler til måling af fjernvarme i.h.t. OIML R 75.
Hermed er målerstørrelserne DN 15, DN 25 og DN 40 også
godkendt.

LEGALE MÅLEDATA

q v min Altid 2 % af den maksimale flowhastighed, svarende til 10 m/s for
den aktuelle målerstørrelse.

q v max q v max kan sættes vilkårligt mellem flowhastigheder svarende til
2 m/s og 10 m/s.
(Forholdet mellem q v max og q v min skal være ≥ 10).

Øvrige legale måledata uændret i forhold til beskrivelse i attest
nr. 1994-4163-0530.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1996-4163-0926.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.