



<b>2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1996-4163-868</b>	Nr.: 1996-4163-966
	Udgave: 1
	Dato: 1996-12-12
Gyldig til 1998-04-18	Systembetegnelse: TS <sup>24.36</sup> <sub>012</sub>

**AUTOMATISK VÆGT  
til  
ENKELTVEJNING**

<b>Producent</b>	CRISPLANT a/s, P. O. Pedersens Vej 10, DK-8200, Aarhus N, Danmark
<b>Ansøger</b>	CRISPLANT a/s
<b>Type</b>	Semi Automatic Induction (SAI) type WBC 25-A, WBC 50-B eller Manual Registration Line (MRL) type WBC 50-A
<b>Anvendelse</b>	I postcentre og lignende til vejning af pakker
<b>Supplerende udstyr</b>	Sorteringsanlæg
<b>Typegodkendelse</b>	I overensstemmelse med OIML R51, 1995

Vægten er herefter også godkendt med 3 multiintervaller som følger.

**LEGALE MÅLEDATA**

I henhold til OIML R51, 1995 (part 1, punkt 3.8).

Nøjagtighedsklasse	Y(A)	
Type	WBC 50-B	
Maksimumslast	Max1/Max2/Max3	10 / 25 / 50 kg
Minimumslast	Min	100 g
Verifikationsværdi	e1/e2/e3 =	5 / 10 / 20 g
Delingsværdi ved test	d =	1 g
Maksimal hastighed		1,1 m/s
Temperaturområde		0 / +40 °C
Strømforsyning		230 V, 50 Hz

**Dokumentation** Ansøgning nr. 1996-4163-966

P. Claudi Johansen

**BEMÆRK !**

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.