



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1995-4163-0783		Nr.: 1997-4163-1038
		Udgave: 1
		Dato: 30.07.1997
Gyldig til 2005-07-18	Systembetegnelse: IV-309	

VOLUMENMÅLER

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

- Producent** Danfoss A/S, Nordborg
- Ansøger** Danfoss A/S, Nordborg
- Art** Magnetisk induktiv volumenmåler
- Type** Transmitter (signalomsæt.): Type MAG 3000TC (Rack-monteret)
: Type MAG 1100
: Type MAG 2100
: Type MAG 3100
- Anvendelse** Volumenmåling af mælkeprodukter, øl, vin m.v.

Til stationær og mobil anvendelse.

Typeprøvet i.h.t. OIML R117*
* bortset fra performance test A 1.4.10
(DC perturbations on DC powered instruments)

P. Claudi Johansen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.