



3. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST

1994-4163-601

Nr.:1997-4163-995

Udgave: 1

Dato: 14.04.1997

Gyldig til 2004-07-28

Systembetegnelse: TS 27.01 047

VARMEENERGIMÅLER

Producent LANDIS & GYR, Tyskland
Ansøger Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle
Art Varmeenergimåler
Type SONOGRYR WSD 4
Anvendelse Måling af varmeenergi i henhold til OIML R 75

Ændring i måleområder:

For WSD4, 3 m³/h er Q_{min} ændret fra 45 l/h til 30l/h.

Herefter ser pkt. 4 Måleområder således ud:

4. Måleområder

Max volumenstrøm	Qs	0,75	1,5	3	4,5	m ³ /h
Min. volumenstrøm	Qi	0,0075	0,015	0,030	0,045	m ³ /h
Tryktab ved Qs	ΔPmaks	0,07	0,250	0,10	0,15	bar
Tryktrin	PN	16	16	16	16	bar

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsen af varmeenergimåleren.

J. Kaavé

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.