



2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1991-763/000-1391	Nr.: 1998-4163-1123
	Udgave: 1
	Dato: 1998-06-01
Gyldig til 2001-10-01	Systembetegnelse: TS 27.01 012

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

VOLUMENMÅLERUNDERPART

Producent Gas- und Wassermesserfabrik AG (GWF), Schweiz.
Ansøger V. Löwener, Glostrup.
Art Volumenmålerunderpart uden pulsgiverkabel.
Type Unico-K samt Unico II-K.
Anvendelse Volumenpulsgiver i henhold til DS 2340.

Ændringer De mekaniske mål på målerindsatsen er ændret og vingehjulets lamelantal er ændret fra 6 til 9.

Max. volumenstrøm q_{vmaks} 0,6 1,0 1,5 2,5 m³/h

Pulstal 199,10 122,38 85,24 59,92 pulser/liter

Alle andre legale data er uændret.

For at kende forskel på de to udgaver af volumenmålerunderparten, har målere med ovennævnte ændringer fået tallet II tilføjet til typebetegnelsen.

DOKUMENTATION Ansøgning nr. 1998-4163-1123.
J. Kaavé.

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.