



1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1997-4163-1012

Nr.: 1999-7053-1291

Udgave: 1

Dato: 1999-04-01

Gyldig til 1999-05-14

Systembetegnelse: TS 27.01
074

VARMEENERGIMÅLER

Producent HG International A/S.
Ansøger HG International A/S, Rugmarken 6, 3520 Farum.
Art Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler kombineret med beregningsenhed og temperaturfølere.
Type HGP i dimensionerne G2B, DN40, 50, 65, 80, 100, 125 og 150 med betegnelserne: -42, -44, -62, -64 afhængig af beregningsenheden.
Anvendelse Som varmeenergimåler til måling af fjernvarme i h.t. OIML R 75.

KONSTRUKTION Hermed er måleren godkendt med CPU version 2.5 eller 2.6 som erstatning for tidligere CPU versioner. Såfremt udskiftningen på allerede installerede målere kan ske uden at verifikationsplomben brydes (plombering i h.t. pkt. a + b som beskrevet i attest nr. 1997-4163-1012) kræves ikke reverifikation, da målerens kalibreringsstatus ikke ændres. Såfremt måleren er plomberet i h.t. pkt. c skal måleren reverificeres inden ibrugtagning.
Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1997-4163-1012.

DOKUMENTATION Ansøgning nr. 1999-7053-1288.
J. Kaavé.

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.