



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

7. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1983-743/000-37

Nr.: 1999-7053-1340

Udgave: 1

Dato: 1999-11-15

Gyldig til: 2003-06-30

Systembetegnelse: IV – 166

MÅLEANLÆG

Producent Sam System A/S, Danmark og Smith Meter Division, USA.
Ansøger Sam System A/S, Danmark.
Art Tankvognsmåler med flowcomputer.
Type Sam-Link / AO Smith T-20.
Anvendelse Til udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

Hermed er måleanlægget også godkendt med softwareversioner til flowcomputer LC 8804 jævnfør punkt: 3. Konstruktion.

Godkendelsen omfatter kun måleorgan Smith T-20.

1. **LEGALE MÅLEDATA** Uændret fra attest nr. 1983-743/000-37 og efterfølgende tillæg.

2. **VERIFIKATIONSBESTEMMELSER**

Uændret fra attest nr. 1983-743/000-37 og efterfølgende tillæg.

Bemærk:

Målenr. i flowcomputer skal være angivet på målerens verifikationsskilt.

3. **KONSTRUKTION**

Måleorgan Smith T-20 med impulsgeber type PLS 9805 er ikke forsynet med mekanisk tællerværk men er tilkoblet flowcomputer LC 8804 med en af følgende softwareversioner: 50140, 50070 eller 50074.

Måleorgan Smith T-20 med impulsgeber type PLS 8207 er forsynet med mekanisk tællerværk og kan være tilkoblet flowcomputer LC 8804 (begge tællere skal verificeres) med en af følgende softwareversioner: 50140, 50051, 42697, 42742 eller 42633.

Software – versionsnummeret for LC 8804 er normalt efterfulgt af: "-xx", hvor xx betegner variant nr. der ikke har noget med de legale data at gøre.

Øvrige konstruktion er uændret fra attest nr. 1983-743/000-37 og efterfølgende tillæg.

4. **DOKUMENTATION** Ansøgning nr.: 1999-7053-1340

P. Claudi Johansen.

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.