

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tlf.: 35 46 62 00 · Fax: 35 46 62 02 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

4. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1997-4163-1022		Nr.: 1999-7053-1364
		Udgave: 3
		Dato: 2003-08-01
Gyldig til: 2007-06-30	Systembetegnelse: TS 27.01 076	
<h2>VOLUMENMÅLER</h2>		
Producent	Siemens Flow Instruments A/S.	
Ansøger	Siemens Flow Instruments A/S.	
Art	Ultralydmåler.	
Type	Flowsensor: SITRANS F US SONOFLO SONO 3300 CT (tidligere benævnt SITRANS F US SONOFLO SONO 3300 OIML) Indikator (transmitter): SITRANS F US SONOFLO SONO 3000 CT (19" rack version)	
Anvendelse	Som volumenmåler eller volumendel til måling af fjernvarme i h.t. OIML R 75. Hermed er indikatoren SITRANS F US SONOFLO SONO 3000 også godkendt i 19" rack version under følgende betingelser: – 19" kassette skal være udført med bagplade, hvor tilspændingsskruer skal være forsynet med plombeul. – Der må ikke være adgang til SITRANS F US SONOFLO SONO 3000 enheden fra de øvrige sider (undtagen frontbetjening). – Kassetten skal placeres i kapsling (skab) med tæthedegrad minimum IP65. – Alle forbindelser skal føres til eksternt (i forhold til kassette) klemrække. Øvrige konstruktion uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1997-4163-1022	
VERIFIKATIONSBESTEMMELSER		
Plombering	Med plombetråd og plombe med verifikationsmærke og årstal plomberes: 19" kassetten bagplade gennem hul i tilspændingsskruer og bøjler i bagplade, således at skruerne ikke kan drejes uden at plomberne brydes. SITRANS F US SONOFLO SONO 3000 enheden plomberes gennem hul i skrue i frontpladen af SITRANS F US SONOFLO SONO 3000 og gennem skrue med hul i frontpladen på 19" kassette. Efter plombering er der ikke længere adgang til terminaler og sensorprom på SITRANS F US SONOFLO SONO 3000 enheden. Øvrige plombering uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1997-4163-1022	
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1999-7053-1364 Keld Palner Jacobsen	
BEMÆRK !	Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.	